

Numer zapytania	Z21/5/1
Tytuł zapytania	Termostat - łaznia olejowa
Kupiec prowadzący:	Kamiński, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Tomczak, Mateusz
Data złożenia:	2026-03-04 09:29:20
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-04 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-11 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-11 10:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę termostatu (łazni olejowej) wraz z dedykowanym płynem termostatycznym. Urządzenie będzie wykorzystywane do prowadzenia regularnych badań w temperaturze 200°C.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wymagania techniczne:

1. Parametry temperaturowe:

- **Maksymalna temperatura pracy:** 250°C (wymagany zapas technologiczny dla bezpiecznej i stabilnej pracy w temp. roboczej 200°C; dopuszczamy wyższą temperaturę maksymalną, jeśli tak zaleca producent urządzenia).
- **Stabilność/dokładność utrzymania temperatury:** $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.

2. Parametry komory i pojemność:

- **Rodzaj medium:** olej dedykowany
- **Pojemność:** minimum 10 litrów
- **Wymiary wewnętrzne komory (dł. x szer. x wys.):** referencyjnie 330 x 300 x 200 [mm].
 - *Uwaga:* Dopuszczamy nieznaczące różnice w wymiarach. Parametrami krytycznymi są szerokość oraz wysokość, ponieważ wewnątrz będzie umieszczana rurka o szerokości ok. 190 mm i wysokości 250 mm (część elementu będzie wystawać poza pokrywę urządzenia).

3. Wymagania dotyczące pokrywy (Wykonanie specjalne / modyfikacja):

- Pokrywa musi posiadać łącznie **3 otwory**:
 - **Dwa otwory** o średnicy minimum $\varnothing 10,8$ mm (przeznaczone na rurkę).
 - **Rozstaw** pomiędzy wyżej wymienionymi otworami: dokładnie 172,75 mm.
 - **Trzeci otwór** przeznaczony na termometr.

4. Materiały eksploatacyjne:

- Prosimy o ujęcie w ofercie **dedykowanego płynu termostatycznego (oleju)** w ilości niezbędnej do poprawnego funkcjonowania oferowanej łaźni, przystosowanego do bezpiecznej i długotrwałej pracy w wyżej wymienionych temperaturach.

Prosimy o podanie w ofercie czasu realizacji zamówienia, warunków gwarancji oraz kosztów ewentualnego transportu.

Osoba do kontaktu - Piotr Kamiński

Email - piotr.kaminski@aluplast.net

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Termostat - łaźnia olejowa		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie